

Koostas:	Anne-Ly Sirel, Liina Lelebina, Laura Kunder, Rahel Reimal, Sinne Pajula, Anneli Pärn, Aiki Järviste, Ülle Laaring	Kinnitas:	Ruth Pulk
Ametikoht:	Laborispetsialistid, kvaliteedijuht, ülemõde, mikrobioloogid	Ametikoht:	Diagnostikateenistuse juhataja
Allkiri:	/allkirjastatud digitaalselt/	Allkiri:	/allkirjastatud digitaalselt/
		Kehtib alates:	28.03.2025

INFO UURITAVA MATERJALI KOGUMISE (PROOVINÖUD), SÄILITAMISTINGIMUSTE JA SEGAVATE FAKTORITE KOHTA

KLIINILISE KEEMIA UURINGUD

Uuringu nimetus	Proovinöö (katsuti)						Proovi-materjal	Proovimaterjali säilivus			Märkused/segavad faktorid	
	Geeliga CAT katsuti	CAT katsuti	Geeliga LH-katsuti	LH-katsuti	K2E/K3E katsuti	Glükolüüsinih. katsuti		20-25 °C	2-8 °C	~ -20 °C	Hemoglobiin	Bilirubiin
ALAT	✓	✓	+	✓	✓		Seerum Plasma	3 p	7 p	2 k	2,5 g/L ↑13%	>1026 µmol/L
Alb	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	7 p	7 p	3 k	>7,5 g/L	>1026 µmol/L
ALP	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	7 p	7 p	7 p	>2,5 g/L ↓	>342 µmol/L ↑
Amyl	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	24 h	7 p	3 k	>10 g/L	>1026 µmol/L
ASAT	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	4 p	7 p	12 n	0,62 g/L ↑6% 1,25 g/L ↑12%	>1026 µmol/L
ASO	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma		2 p	>2 p	>4,8 g/L Trigl >14,8 mmol/L	>356 µmol/L
Bil	✓	✓	+	✓	✓		Seerum Plasma	Valgustundlik			Nähtav lipeemia	
								1 p	7 p	3 k	>10 g/L	
Bil-conj	✓	✓	+	✓	✓		Seerum Plasma	Valgustundlik			Nähtav hemolüüs ja lipeemia	
								2 p	7 p	3 k	>0,62 g/L ↓10%	
C3	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma		3 p	8 p	10 g/L ↓6% Trigl >8,5 mmol/L	513 µmol/L ↓2%
C4	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma		2 p		10 g/L ↓9% Trigl >8,5 mmol/L	513 µmol/L ↓5%
Ca	✓	✓	+	✓			Seerum	7 p	3 n	8 k	Ei avalda mõju	513 µmol/L ↓1%

Uuringu nimetus	Proovinõu (katsuti)						Proovi-materjal	Proovimaterjali säilivus			Märkused/segavad faktorid	
	Geeliga CAT katsuti	CAT katsuti	Geeliga LH-katsuti	LH-katsuti	K2E/K3E katsuti	Glükotüusi inh. katsuti		20-25 °C	2-8 °C	~ -20 °C	Hemoglobiin	Bilirubiin
							Plasma					1026 µmol/L ↓2%
iCa	+			✓			Seerum Veri	4 h 1 h	3 p		Katsuti täita märgini! Hoida kinnises katsutus! Hemolüüs ↓	
Chol	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	7 p	7 p	3 k	>10 g/L	274 µmol/L ↓11%
Cl	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	7 p	7 p	>1a	10 g/L ↑7% 20 g/L ↑13%	Ei avalda mõju
CK	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	2 p	7 p		Ei avalda mõju	513 µmol/L ↓6%
Crea	✓	✓	+	✓	✓		Seerum Plasma	7 p	7 p	3 k	>10 g/L Trigl 11,3 mmol/L ↑11%	171 µmol/L ↓11%
CRP	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	15 p	2 k	1 a	>5 g/L RF >550 kU/L	>1129 µmol/L
CRP-hs	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	15 p	2 k	1 a	>5 g/L	>1129 µmol/L
EtOH	✓	✓	+	✓	✓	✓ (EKEI)	Seerum Plasma	14 p	6 k	6 k	Hoida kinnises katsutus! Temosolomiidi sisaldavad ravimid ↓	
Fe	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	10 h	7 p	1 a	Proov võtta soovitatavalts hommikul >2 g/L Trigl >2,26 mmol/L ↑	>428 µmol/L ↑
GGT	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	7 p	7 p	3 k	>2,5 g/L ↑	>1026 µmol/L
Gluc	✓	✓	✓	✓	✓	+	Seerum Plasma	2 p NaF/K	7 p NaF/K	3 k NaF/K	Soovitav eelnev paast (2 h) 10 g/L ↓4% Ei avalda mõju	
GTT	✓	✓	✓	✓	✓	+	Seerum Plasma	1 h	7 p		Soovitav eelnev paast	
HbA1c				✓	+		Veri	8 h vere-võtmisest ~ -70 °C ≥1 n	7 p		Hemolüsaat säilib 4 h toat°, 24 h 2-8°C	

Uuringu nimetus	Proovinõu (katsuti)						Proovi-materjal	Proovimaterjali säilivus			Märkused/segavad faktorid	
	Geeliga CAT katsuti	CAT katsuti	Geeliga LH-katsuti	LH-katsuti	K2E/K3E katsuti	Glükoltüusi inh. katsuti		20-25 °C	2-8 °C	~ -20 °C	Hemoglobiin	Bilirubiin
HDL-Chol	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	2 p	7 p	3 k	10 g/L ↑2%	1120 µmol/L ↑7%
IgA	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	7 p	7 p	8 k	10 g/L ↓2%	1026 µmol/L ↓2%
IgG	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	7 p	7 p	8 k	Trigl 8,5 mmol/L ↓4% Trigl 11,3 mmol/L ↓7%	
IgM	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	7 p	7 p	6 k	2,5 g/L ↓8% 5 g/L ↓12%	513 µmol/L ↑10% 1026 µmol/L ↑8%
K	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	1 n	1 n	1 a	Hemolüüs <u>Hb 1 g/L</u> 3,3 mmol/L ↑9% 5,2 mmol/L ↑6% <u>Hb 1,25 g/L</u> 3,3 mmol/L ↑12% 5,2 mmol/L ↑8% <u>Hb 2,5 g/L</u> 3,3 mmol/L ↑21% 5,1 mmol/L ↑16%	1026 µmol/L ↓3%
Lac						✓	Plasma	Määrata koheselt	3 p*	3 p*	>10 g/L	712 µmol/L
LTT	✓	✓	✓	✓	✓	+	Seerum Plasma	1 h	7 p		Soovitav eelnev paast	
LDH	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	3 p	3 p	8 n	Hemolüüs 1026 µmol/L ↑10% Trigl >17 mmol/L	
LDL-Chol	✓	✓	+	✓	✓		Seerum Plasma		5 p		>5 g/L Trigl >14,61 mmol/L mitte analüüsida!	>342 µmol/L
Lip	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma		7 p	12 k	>5 g/L	>1129 µmol/L
Mg	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	7 p	7 p	1 a	2,5 g/L ↑5% 10 g/L ↑6,5%	Ei avalda mõju
Na	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	2 n	2 n	1 a	5 g/L ↑1-2%	

Uuringu nimetus	Proovinõu (katsuti)						Proovi-materjal	Proovimaterjali säilivus			Märkused/segavad faktorid	
	Geeliga CAT katsuti	CAT katsuti	Geeliga LH-katsuti	LH-katsuti	K2E/K3E katsuti	Glükoltüusi inh. katsuti		20-25 °C	2-8 °C	~ -20 °C	Hemoglobiin	Bilirubiin
NH4			+	✓ veeniveri	✓ veeniveri		Plasma		2 h*	3 n*	Võtta jahutatud katsusisse, tsentrifuugida kiiresti!	
P	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	1 p	4 p	1 a	Hemolüüs	>1129 µmol/L
PreAlb	+	✓					Seerum	24 h	3 p	>3 p*	5,0 g/L ↓8% 7,5 g/L ↓11%	513 µmol/L ↓4% 1026 µmol/L ↓8%
Prot	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	1 n	1 n	3 k	>1,50 g/L ↑	>513 µmol/L
RF	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma		2 p	>2 p	>4,8 g/L Trigl >14,8 mmol/L	>356 µmol/L
Transf	✓	✓	+	✓	✓		Seerum Plasma	3 p	3 p	6 k	>10 g/L ↑3%	1026 µmol/L ↓6%
Transf-sR	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma		4 n	1 k	>5 g/L	>342 µmol/L
Trigl	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	2 p	7 p	3 k	>10 g/L	120 µmol/L ↓11%
UA	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	8 h	3 p	3 k	>10 g/L	>1026 µmol/L
Urea	✓	✓	+	✓			Seerum Plasma	7 p	7 p	1 a	10 g/L ↓3%	1026 µmol/L ↓2%
ABB, iCa, K, Na, Cl, Bil, Gluc, Lac	 LH-süstal/kapillaar (eelistatud süstal)						Veri (aB, cB, vB, uB)	Süstlas kuni 30 min, kapillaaris kuni 10 min toatemperatuuril			Analüüsida koheselt!	

HORMOON- jm IMMUUNUURINGUD

Uuringu nimetus	Proovinõu (katsuti)					Proovi-materjal	Proovimaterjali säilivus			Märkused/ potentsiaalselt segavad faktorid				
	Geeliga CAT katsuti	CAT katsuti	Geeliga LH-katsuti	LH-katsuti	K2E/K3E-katsuti		20–25 °C	2–8 °C	~ -20 °C	Hemoglobiin g/L	Bilirubiin µmol/L	Trigl mmol/L	Valk g/L	Ravimid/Faktorite mõju (%)
NT-proBNP	✓	✓	+	✓	✓	Seerum Plasma	24 h/ 3 p*	6 p*	>6 p*	>5	>1026	>34,2	>120	≤10
CA 15-3	✓	✓	+	✓	K3EDTA ✓	Seerum Plasma	24 h	7 p*	>7 p*	>5	>342	>34,2	>120	✓ ≤12
CA 19-9	✓	✓	+	✓	K3EDTA ✓	Seerum Plasma		24 h/ 7 p*	>7 p*	>6	>376	>58,1	>100	✓ ≤10
CA 125	+	✓	✓	✓	K3EDTA ✓	Seerum Plasma		24 h/ 7 p*	>7 p*	>5	>342	>34,2	>120	✓ ≤12
CCP IgG	✓	✓	+	✓	✓	Seerum Plasma	22 h	7 p	3 k*	>8	>342	>34,2	>120	<10
CEA	✓	✓	+	✓	✓	Seerum Plasma		24 h/ 7 p*	>7 p*	>5	>342	>34,2	>120	✓ ≤10
CK-MBm	✓	✓	+	✓	✓	Seerum Plasma	3 h	3 p*	30 p*	>5	>342	>11,4	>40 madal >100 kõrge	≤15
Fer	✓	✓	+	✓	K3EDTA ✓	Seerum Plasma		24 h/ 7 p*	12 k*	>2	>342	>34,2	>120	≤10
Fol	✓	✓	+	✓		Seerum Plasma	Valgustundlik!			Hemolüüs	>342	>34,2	>120	✓ ≤11,5
FSH	✓	✓	+	✓	✓	Seerum Plasma		24 h/ 7 p*		>5	>342	>34,2	>120	≤10
hCG	✓	✓	+	✓	✓	Seerum Plasma		24 h/ 7 p*	12 k*	>5	>342	>34,2	>120	<10
HE4	+	✓				Seerum	24 h	4 p	>4 p*	>5	>342	>34,2		✓ ≤10
IgE	+	✓	✓	✓	✓	Seerum Plasma	Trans-pordil	7 p	>7 p*	≥5	>342 (Bil-conj)			
IgE SPE	+	✓	✓	✓	✓	Seerum Plasma	Trans-pordil	7 p	>7 p*	≥5	>359 (Bil-conj)			

Uuringu nimetus	Proovinõu (katsuti)					Proovi-materjal	Proovimaterjali säilivus			Märkused/potentsiaalselt segavad faktorid				
	Geeliga CAT katsuti	CAT katsuti	Geeliga LH-katsuti	LH-katsuti	K2E/K3E-katsuti		20–25 °C	2–8 °C	~ -20 °C	Hemoglobiin g/L	Bilirubiin µmol/L	Trigl mmol/L	Valk g/L	Ravimid/Faktorite mõju (%)
LH	✓	✓	+	✓	✓	Seerum Plasma		24 h/ 7 p*	>7 p*	>5	>342	>34,2	>120	≤8
Myogl	✓	✓	+	✓	✓	Plasma Seerum	8 h	3 p*	30 p*	>5	>342	>11,4	>40 madal >100 kõrge	≤15
PCT	✓	✓	+	✓		Seerum Plasma	8 h/ 24 h*	2 p*	15 p*	>5	>513	>34,2	>120	<7
Prog	✓	✓	+	✓	✓	Seerum Plasma		10 p*	6 k*	>5	>342	>11,4	>120	<10
Prol	✓	✓	+	✓	✓	Seerum Plasma	24 h	7 p*	12 k*	>5	>342	>34,2	>120	<10
PSA	+	✓				Seerum		24 h	>24 h*	>5	>342	>34,2	>120	✓ ≤10
fPSA	+	✓				Seerum	3 h	24 h*	>24 h*	>5	>342	>34,2	>120	✓ ≤10
cTnI- hs	✓	✓	+	✓	✓	Plasma Seerum	8 h	24 h	31 p*					
TPO IgG	✓	✓	+	✓	✓	Seerum Plasma	8 h	3 p*	30 p*	>10	>342	>11,4	>40 madal >100 kõrge	±4
TSH	✓	✓	+	✓	✓	Seerum Plasma		7 p*	6 k*	>5	>342	>34,2	>120	≤10
tTG IgA	✓	+	Ei ole soovitatav		✓	Seerum Plasma	8 h	14 p	>14 p*	Mitte kasutada tugevalt lipeemilist proovimaterjali				
tTG IgG	✓	+	Ei ole soovitatav		✓	Seerum Plasma	8 h	14 p	>14 p*	Mitte kasutada tugevalt lipeemilist proovimaterjali				
fT3	✓	✓	+	✓	✓	Seerum Plasma	24 h	6 p*	6 p*	>5	>342	>22,8	>120	<10
fT4	✓	✓	+	✓	✓	Seerum Plasma	24 h	6 p*	6 p*	>5	>342	>34,2	>120	<10
Vit B12	✓	✓	+	✓	K2EDTA ✓	Seerum Plasma	3 p	7 p	>7 p*	Hemolüüs	>429	>37,9	>120	<10
Vit D (25-OH)	✓	✓	+	✓	✓	Seerum Plasma	3 p	12 p*	12 k*	>5	>513	>5,7	>120	<10

AUTOIMMUUNUURINGUD

Uuringu nimetus	Proovinõu (katsuti)						Proovimaterjal	Proovimaterjali säilivus	Analüüsimise aeg
	Geeliga CAT katsuti	CAT katsuti	Geeliga LH-katsuti	LH-katsuti	K2E/K3E-katsuti	9NC-katsuti			
ANA IgG muster	+	✓	✓	✓	✓	✓	Seerum Plasma	2-8 °C 14 päeva	Tööpäeviti

HEMATOLOOGILISED UURINGUD

Uuringu nimetus	Proovinõu (katsuti)		Proovi-materjal	Proovimaterjali säilivus 20-25 °C	Märkused/segavad faktorid
	K2E/ K3E-katsuti	4NC-katsuti			
ESR	✓	+	K2E/K3E-veri	24 h	Katsuti täita märgistuseni ja korralikult segada. Hüüvet ei tohi olla! Smear-m (vereäige mikroskoopia) teostatakse tööpäeviti.
CBC	+				
CBC-5Diff	+			8 h	
Ret	+			4 h	
Smear-m	+				

HÜÜBIMISUURINGUD

Uuringu nimetus	Proovinõu (katsuti)	Proovimaterjal	Proovimaterjali säilivus 20-25 °C	Märkused/segavad faktorid
APTT	+	9NC-plasma	4 h	Katsuti täita märgistuseni, korralikult segada. Analüüsi tulemust võivad mõjutada hemolüüs, lipeemia jm.
PT-INR	+		24 h	
Fibr	+		8 h	
D-Di	+		4 h	
Hep	+		8 h	
PFA Collagen/EPI	+	Veri	4 h	Katsuti täita märgistuseni, korralikult segada. Proovivõtmisel toimumud veenikollapsi või vere voolamise katkemisel võtta uus materjal. Hemolüüs mõjutab analüüsi tulemust.
PFA Collagen/ADP	+		4 h	
PFA P2Y	+		4 h	

RAVIMSEIRE, FARMAKOGENEETILISED, HLA, PÄRILIKE HAIGUSTE JA RISKIALLEELIDE UURINGUD

Uuringu nimetus	Proovinõu (katsuti)					Proovi-materjal	Proovimaterjali säilivus			Märkused/ potentsiaalselt segavad faktorid				
	Gee-liga CAT katsuti	CAT katsuti	Geeliga LH-katsuti	LH-katsuti	K2E/K3E-katsuti		20-25 °C	2-8 °C	< -20 °C	Hemo-globiin g/L	Bil μmol/L	Trigl mmol/L	Valk g/L	Ravimid/ Faktorite mõju (%)
Digox	✓	✓	+	✓	✓	Seerum Plasma		2 p*	7 p*	>10	>342	Intralipiidiid >22,6		✓ ≤10
Genta	✓	✓	+	✓	✓	Seerum Plasma		7 p*	14 p*	>20	>342	>19,3	>120	✓ ≤10
Paracet	✓	✓	+	✓		Seerum Plasma	24 h	24 p	50 p	>5,7	>166	>10,5	>100	✓ ±7,5
Valpr	✓	✓	+	✓	✓	Seerum Plasma		2 p*	7 p*	>10	>342	Intralipiidiid >22,6		✓ ≤10
Vanco	✓	✓	+	✓	✓	Seerum Plasma		7 p	14	>11,5 ↓8%		>11,4		<10
ABCB1 geeni polümorphismid					+	K2E/K3E-veri	24 h	72 h						
HLA B-27					+	K2E/K3E-veri		72 h						

NAKKUSTEKITAJATE Ab UURINGUD

Uuringu nimetus	Proovinõu (katsuti)						Proovi-materjal	Proovimaterjali säilivus			Märkused/potentsiaalselt segavad faktorid				
	Geeliga CAT katsuti	CAT katsuti	Geeliga LH-katsuti	LH-katsuti	K2E/ K3E-katsuti	Glüko-lüusi inh. katsuti		20-25 °C	2-8 °C	~ -20 °C	Hemo-globiin g/L	Bil μmol/L	Trigl mmol/L	Valk g/L	Ravimid/Faktorite mõju (%)
<i>B burgdorferi</i> IgG	✓	+	✓	✓	✓		Seerum Plasma		7 p	7 p	Tugev hemo-lüüs >8,5				Chol >10,4 mmol/L
<i>B burgdorferi</i> IgM	✓	+	✓	✓	✓				7 p	>7 p	>5	>684	>22,6		
<i>B burgdorferi</i> IgG conf	✓	+					Seerum		7 p	>7 p	Tugev hemo-lüüs >8,5				
<i>B burgdorferi</i> IgM conf	✓	+							7 p	>7 p					
<i>C pneumoniae</i> IgA	✓	+	✓	✓	✓		Seerum Plasma		7 p	>7 p	Tugev hemo-lüüs >8,5				Chol >10,4 mmol/L
<i>C pneumoniae</i> IgG	✓	+	✓	✓	✓		Seerum Plasma		7 p	>7 p					
<i>C pneumoniae</i> IgM	✓	+	✓	✓	✓		Seerum Plasma		7 p	>7 p					
HBsAg	✓	✓	✓	✓	+	✓	Seerum Plasma	24 h	6 p	>6 p*	>5	>342	>34,2	>120	
HBs Ab	✓	✓	✓	✓	+		Seerum Plasma		14 p	>14 p*	>5	>342	>34,2	>120	
HBc Ab	✓	✓	✓	✓	+	✓	Seerum Plasma	3 p	14 p	>14 p*	>5	>342	>34,2	>120	
HBc IgM	✓	✓	✓	✓	+	✓	Seerum Plasma		7 p	>7 p*	>5	>342	>34,2	>120	
HCV Ab	✓	✓	✓	✓	+	✓	Seerum Plasma	3 p	7 p	>7 p*	>5	>342	>34,2	>120	
HIV1,2 Ag+Ab	✓	✓	✓	✓	+	✓	Seerum Plasma	3 p	14 p	>14 p*	>5	>342	>34,2	>120	

Inf mononucl Ab	✓	+	✓	✓	✓		Seerum Plasma		2 p*	1 a*	Hemo- lüüs				
Measles virus IgG	✓	+	✓	✓	✓		Seerum Plasma		5 p	6 k*	>10	>684	>33,9		
Measles virus IgM	✓	+	✓	✓	✓		Seerum Plasma		5 p	6 k*	>10	>684	>33,9		
B pertussis IgA	✓	+	✓	✓	✓		Seerum Plasma		5 p	6 k*	>10	>684	>16,95		
B pertussis IgG	✓	+	✓	✓	✓		Seerum Plasma		5 p	6 k*	>10	>684	>33,9		
M pneumoniae IgA	✓	+	✓	✓	✓		Seerum Plasma		5 p	6 k*	>10	>684	>33,9		
M pneumoniae IgG	✓	+	✓	✓	✓		Seerum Plasma	7 p	>7 p	Tugev hemo- lüüs >8,5				Chol >10,4 mmol/L	
M pneumoniae IgM	✓	+	✓	✓	✓										
RPR	✓	✓	✓	✓	+		Seerum Plasma	48h*	6 n*	Hemo- lüüs		Lipeemia			
RPR titr															
TBEV IgG	✓	+	✓	✓	✓		Seerum Plasma	7 p	>7 p	Tugev hemo- lüüs >8,5				Chol >10,4 mmol/L	
TBEV IgM	✓	+	✓	✓	✓										
T pallidum Ab	✓	✓	✓	✓	+		Seerum Plasma	72 h*	7 p* 30p*	>7 p* >30 p*	>5	>342	>34,2	>120	
T pallidum IgG IB	✓	✓	✓	✓	+		Seerum Plasma	14 p		>5	>684	>22,8			
T pallidum IgM IB	✓	✓	✓	✓	+										
EBV NA IgG	✓	+					Seerum		5 p	6 k*	>4,8	>638	>33,9		
EBV VCA IgM	✓	+					Seerum		2 p	6 k*	>4,8	>607	>33,9		
EBV VCA IgG	✓	+					Seerum		5 p	6 k*	>4,8	>610	>33,9		

LIIKVORI UURINGUD

Uuringu nimetus	Proovinõu (katsuti)	Proovimaterjal	Proovimaterjali säilivus	Analüüsimise aeg	Märkused/ potentsiaalselt segavad faktorid
	Lisandita				
Cells	+	Liikvor	2–8 °C 3 h	24 h	Analüüsida koheselt. Analüüsida koheselt. Teha samaaegselt uuring ka patsiendi verest
Diff	+		2–8 °C 24 h		
Diff a	+		2–8 °C 1 h		
Lac	+		2–8 °C 6 p		
Gluc	+		2–8 °C 2 k		
Prot	+				
Alb	+				

KEHAVEDELIKE UURINGUD

Uuringu nimetus	Proovinõu (katsuti)		Proovimaterjal	Proovimaterjali säilivus	Analüüsimise aeg	Märkused/ potentsiaalselt segavad faktorid		
	LH-katsuti	K2E/K3E-katsuti						
Cells		+	Astsiidi- või pleuravedelik	2–8 °C 3 h	24 h	Analüüsida koheselt. Analüüsida koheselt. Teha samaaegselt uuring ka patsiendi verest		
Diff a		+		Ei säilitata analüüsimise järgselt				
Gluc	✓ +NaF/K-oksalaat			Kui koheselt ei saa analüüsida, siis säilitada 2–8 °C				
Amyl	✓							
LDH	✓							
Prot	✓							
Trigl	✓							
pH	✓ Veregaaside LH-süstal							

URIINI UURINGUD

Uuringu nimetus	Proovinõu	Proovimaterjal	Proovimaterjali säilivus	Analüüsimise aeg	Märkused/segavad faktorid
Uriini ribaanalüüs		Uriin	20-24 °C kuni 2 h 2-4 °C kuni 24 h Ei säilitata analüüsimise järgselt	24 h	Soovitavalt esmane hommikune keskjoa uriin
Värvitud sademe mikroskoopia			8.00 – 14.00 tööpäeviti		
Alb			6 p 2-8 °C		
Amyl			24 h 20-25 °C, 3 p 2-8 °C		
Crea			3 p 20-25 °C, 3 p 2-8 °C		
Cl, K, Na			7 p 20-25 °C, 7 p 2-8 °C		
Ca			2 p 20-25 °C, 4 p 2-8 °C		
Mg			3 p 20-25 °C, 3 p 2-8 °C		
P			2 p 20-25 °C		
Prot			1 p 20-25 °C, 7 p 2-8 °C		
Narco		Uriin	2-8 °C juures 1 nädal ^x		

ROOJA UURINGUD

Uuringu nimetus	Proovinõu	Uuritav materjal	Proovimaterjali säilivus	Analüüsimise aeg	Märkused/segavad faktorid
Hb (Peitveri)		Roe	2-8 °C 7 p	Tööpäeviti	Ei säilitata analüüsimise järgselt
Calpro		Roe	Roe: 3 p 20-25 °C 10 p 2-8 °C >10 p ~ -20 °C Ekstrakt: 3 p 20-25 °C 7 p 2-8 °C 3 kuud ~ -20 °C	Tööpäeviti	Ei säilitata analüüsimise järgselt

NAKKUSTEKITAJATE NAT UURINGUD

Uuringu nimetus	Proovinõu	Uuritav materjal	Proovimaterjali säilivus	Analüüsimise aeg	Segavad faktorid
<i>Chlamydia trachomatis</i> DNA	Cobas PCR proovivõtukomplekt/ steriilne tampooniga katsuti	Emakakaelananalikaabe, tupekaabe, ureetrakaabe, anaalkaabe, kurgukaabe	cobas® PCR Media katsutis tampoon või uriin 2...30 °C 12 kuud uriin 2...30 °C 24 h ¹ , kuiv steriilne tampoon 2...8 °C 72 h ²	Tööpäeviti	Ühte või mitut karbomeeri sisaldavad naistetooted (metronidasool) urogenitaalproovis; ≥0,4% rooja anaalkaapes; ≥1% lima emakakaelananalikaapes
	Steriilne proovitops, uriini-katsuti	Uriin (esmasjoa)			≥10 % täisverd uriinis
	Steriilne tampooniga katsuti	Konjunktiivikaabe			
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> DNA	Cobas PCR proovivõtukomplekt/ steriilne tampooniga katsuti	Emakakaelananalikaabe, tupekaabe, ureetrakaabe, anaalkaabe, kurgukaabe	cobas® PCR Media katsutis tampoon või uriin 2...30 °C 12 kuud uriin 2...30 °C 24 h ¹ , kuiv steriilne tampoon 2...8 °C 72 h ²	Tööpäeviti	Ühte või mitut karbomeeri sisaldavad naistetooted (metronidasool) urogenitaalproovis; ≥0,4% rooja anaalkaapes; ≥1% lima emakakaelananalikaapes
	Steriilne proovitops, uriini-katsuti	Uriin (esmasjoa)			≥10 % täisverd uriinis
	Steriilne tampooniga katsuti	Konjunktiivikaabe			
<i>Mycoplasma genitalium</i> DNA	Cobas PCR proovivõtukomplekt/ steriilne tampooniga katsuti	Emakakaelananalikaabe, tupekaabe, ureetrakaabe, anaalkaabe, kurgukaabe	cobas® PCR Media katsutis tampoon või uriin 2...30 °C 12 kuud uriin 2...30 °C 24 h ¹ , kuiv steriilne tampoon 2...8 °C 72 h ²	Tööpäeviti	Ühte või mitut karbomeeri sisaldavad naistetooted (metronidasool) urogenitaalproovis;
	Steriilne proovitops, uriini-katsuti	Uriin (esmasjoa)			
<i>Trichomonas vaginalis</i> DNA	Cobas PCR proovivõtukomplekt/ steriilne tampooniga katsuti	Emakakaelananalikaabe, tupekaabe, ureetrakaabe, anaalkaabe, kurgukaabe	cobas® PCR Media katsutis tampoon või	Tööpäeviti	Ühte või mitut karbomeeri sisaldavad naistetooted (metroni-

Uuringu nimetus	Proovinõu	Uuritav materjal	Proovimaterjali säilivus	Analüüsimise aeg	Segavad faktorid
			uriin 2...30 °C 12 kuud uriin 2...30 °C 24 h ¹ , kuiv steriilne tampoon 2...8 °C 72 h ²		dasool) urogenitaalproovis;
	Steriilne proovitops, uriini-katsuti	Uriin (esmasjoa)			
<i>Ureaplasma</i> (<i>Ureaplasma urealyticum</i> <i>Ureaplasma parvum</i>) DNA paneel	Steriilne proovitops, uriini-katsuti	Uriin (esmasjoa)	Toatemperatuuril 12 h 2...8 °C 48 h	1 kord nädalas	
Bakteriaalse vaginoosi ja vaginiidi tekijate (<i>Lactobacillus</i> spp, <i>G. vaginalis</i> , <i>A. vaginalae</i> , <i>Mobiluncus</i> spp, <i>T. vaginalis</i> , <i>C. albicans</i> , teised <i>Candida</i> tüved) DNA paneel	eNAT- katsuti tampooniga / steriilne tampooniga katsuti	Tupekaabe	eNAT katsuti 2-8°C 1n (toatemperatuuril 1 n) ³ kuiv steriilne tampoon 2...8 °C 72 h ²	1 kord nädalas	
Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA	Steriilne tampooniga katsuti	Emakakaelananalikaabe, kurgukaabe, haavandi-kaabe, villisisu, konjunktiivikaabe, välisgenitaalimaterjal	kuiv steriilne tampoon 2...8 °C 72 h ²	1 kord nädalas	
Hingamisteede bakterite (<i>M. pneumoniae</i> , <i>C. pneumoniae</i> , <i>L. pneumophila</i> , <i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>B. Pertussis</i> , <i>B. parapertussis</i>) DNA paneel	Steriilne tampooniga katsuti/ UTM-katsuti tampooniga	Nina (ninaneelu-)kaabe	2...8 °C 72 h	Tööpäeviti	
	Proovitops	Röga, bronhoalveolaar-lopuse vedelik			
Hingamisteede viiruste (Influenza A ja B virus, RSV A/B, Adenovirus, Metapneumovirus, Coronavirus, Parainfluenzavirus, Rhinovirus, Enterovirus, Bocavirus) RNA/DNA paneel	Steriilne tampooniga katsuti/ UTM-katsuti tampooniga	Nina (ninaneelu-)kaabe,	2...8 °C 72 h	Tööpäeviti	
	Proovitops	Bronhoalveolaarlopuse vedelik			

Uuringu nimetus	Proovinõu	Uuritav materjal	Proovimaterjali säilivus	Analüüsimise aeg	Segavad faktorid
Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel (Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Mycoplasma pneumoniae, HSV1, HSV2, HHV6, Enteroviirus, Parehoviirus, VZV, Cryptococcus gattii/ Cryptococcus neoformans)	Steriilne lisandita katsuti (valge kork)	Liikvor	Toatemperatuuril (15...25 °C) 12 h	24h	gDNA ≥20µg/ml; valgendi ≥0,1%
Herpesviiruste (HSV1, HSV2, VZV, EBV, CMV, HHV6, HHV7) DNA paneel	K2E/K3E-katsuti (lilla kork)	K2E/K3E-veri	2...8 °C 72 h	1 kord nädalas	
	Steriilne tamponiga katsuti	Haavandikaabe, villisu, konjunktiivikaabe, välisgenitaalmaterjal, suulimaskestakaabe, kurgukaabe			
	Proovitops/ steriilne lisandita katsuti (värvitu või valge musta röngaga)	Biopsiamaterjal			
	Steriilne proovitops, uriini-katsuti	Uriin (esmasjoa)			
Soolepatogeenide RNA/DNA paneel roojas (<i>Entamoeba histolytica</i> , <i>Cryptosporidium</i> spp., <i>Giardia lamblia</i> , <i>Cyclospora cayetanensis</i> , <i>Vibrio vulnificus</i> , <i>Vibrio parahaemolyticus</i> , <i>Vibrio cholerae</i> , <i>Campylobacter</i> spp., <i>Salmonella</i> spp., <i>Clostridium difficile</i> (tcdA/tcdB), <i>Yersinia enterocolitica</i> , <i>Enterotoxigenic E. coli</i> (ETEC), <i>Enteropathogenic E. coli</i> (EPEC), <i>Enteroaggregative E. coli</i> (EAEC), <i>Shiga-like toxin-producing E. coli</i> (STEC), <i>Shiga-like toxin-producing E. Coli</i> (STEC) serotype O157:H7, <i>Enteroinvasive E. coli</i> (EIEC)/ <i>Shigella</i> , <i>Plesiomonas shigelloides</i> , <i>Human Adenovirus</i> , <i>Norovirus</i> GI, <i>Norovirus</i> GII, <i>Rotavirus</i> , <i>Astrovirus</i> , <i>Sapovirus</i>)	Roojatops	Roe	2...8 °C 48 h ⁴	24 h	mütssiin >2,5%; gDNA > 5 µg/ml; bisakodüül >0,15%; kaltsiumkarbonaat >0,5%; nonok-sünool-9 >0,02%; Rotaviiruse variatsioon WC3:2-5, R574(9) – VR 2195 8,89 × 10 ⁻⁴ TCID50/ml, Rotaviiruse variatsioon WI79-4,9 – VR 2415 1,10 × 10 ¹ pfu/ml
	Cary Blair vedela transpordisöötmega katsuti		2...25 °C 4 p		

Uuringu nimetus	Proovinõu	Uuritav materjal	Proovimaterjali säilivus	Analüüsimise aeg	Segavad faktorid
Inimese adenoviiruse DNA	Steriilne tampooniga katsuti	Konjunktiivikaabe	2...8 °C 72 h	Tööpäeviti	
A-ja B-gripi viiruse RNA paneel (kiirtest)	UTM-katsuti tampooniga	Nina (ninaneelu-)kaabe	Toatemperatuuril 4 h, 2...8 °C 72 h	24 h	
Nahaseente DNA paneel (Pan-dermatofüüdid, <i>Trichophyton rubrum</i> , <i>Candida albicans</i>)	Mikrotsentrifuugi katsuti (1,5 ml tuub)	Küünekaabe, nahakaabe, juuksed	Toatemperatuuril 7 p, 2...8 °C 14 p	1 kord nädalas	
Tuulerõugeviiruse DNA	Steriilne tampooniga katsuti	Haavandikaabe, villisu, konjunktiivikaabe, kurgukaabe, välisgenitaalimaterjal	2...8 °C 72 h	1 kord nädalas	
Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga genotüüpide (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) DNA	ThinPrep proovitops	Emakakaelakanalikaabe	<i>ThinPrep</i> 2...8 °C või toatemperatuuril (15...25 °C) 90 p	Tööpäeviti	Ühte või mitut karbomeeri sisaldavad naistetooted (metronidasool)
<i>Streptococcus agalactiae</i> DNA	Steriilne kaksiktampooniga katsuti	Tupekaabe	Toatemperatuuril 24 h, 2...8 °C 6 p	24 h	
B-hepatiidi viiruse DNA hulk plasmas	6 ml K2E-katsuti (lilla kork)	K2E-plasma	Täisveri 2...35 °C 24h, täisveri 2...8 °C 3 p, plasma 2...35 °C 24h, plasma 2...8 °C 7 p, plasma -80 ... -20 °C 6 n	Tööpäeviti	
C-hepatiidi viiruse RNA hulk plasmas	6 ml K2E-katsuti (lilla kork)	K2E-plasma	Täisveri 15...30 °C 24h, täisveri 2...8 °C 3 p, plasma 15...35 °C 24h, plasma 2...8 °C 3 p, plasma -70 ... -18 °C 6 n	Tööpäeviti	

Uuringu nimetus	Proovinõu	Uuritav materjal	Proovimaterjali säilivus	Analüüsimise aeg	Segavad faktorid
Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk plasmas	6 ml K2E-katsuti (lilla kork)	K2E-plasma	Täisveri 2...30 °C 24h plasma 2...35 °C 24h plasma 2...8 °C 7 p plasma -70 ... -18 °C 6 n	Tööpäeviti	
SARS koroonaviirus 2 RNA (kiirtest)	UTM-katsuti tamponiga	Nina (ninaneelu-)kaabe	Toatemperatuuril 4 h, 2...8 °C 72 h	24 h	
RS-viiruse RNA (kiirtest)	Steriilne tamponiga katsuti	Nina (ninaneelu-)kaabe	Toatemperatuuril kuni 2 h 2...8°C 24h	24 h	
	UTM-katsuti tamponiga		Toatemperatuuril kuni 8 h 2...8°C 24h		

MIKROBIOLOOGILISED UURINGUD

Uuringu nimetus	Proovinõu	Uuritav materjal	Proovimaterjali säilivus	Analüüsimise aeg	Segavad faktorid
Automatiseritud aeroobne külv	BacT/ALERT FA pudel (roheline kork)	Veri (B)	TUUA KOHESELT LABORISSE! Toatemperatuuril kuni 24 h	24 h	Antibiootikumiravi
	BacT/ALERT PF pudel (kollane kork) väiksema materjali koguse jaoks (kuni 4 ml)				
Automatiseritud anaeroobne külv	BacT/ALERT FN pudel (oranž kork)	Veri (B)	TUUA KOHESELT LABORISSE! Toatemperatuuril kuni 24 h	24 h	
		Liikvor (CSF), kõhuõõnevedelik (PrtF), liigesvedelik (SynF), pleuravedelik (PlrF)			

Uuringu nimetus	Proovinõu	Uuritav materjal	Proovimaterjali säilivus	Analüüsimise aeg	Segavad faktorid
		ravedelik (PlrF)			
Aeroobne külv	Transpordisöötmega katsuti (must)	Konjunktiivikaabe (Co), silmamaterjal (Eye), kurgukaabe (Th), kõrvaeritis (Ear), ninakaabe (Nose); mäda (Pus), haavaeritis (Wd), haavandikaabe (Ulc), fistulieritis (Fi), dreenieritis (Dr), kõhuõnevedelik (PrtF), liigesovedelik (SynF), pleuravedelik (PlrF); emakakaelakanalikaabe (Cx), tupekaabe (Vag), ureetraakaabe (Um).	TUUA VÕIMALIKULT KII-RESTI LABORISSE! 2...8°C 48h	Tööpäeviti	Antibiootikumiravi
	Steriilne proovitops	Röga (Sp), trahhea aspiraat (Tra), bronhiaspiraat (Br), bronhoalveolaarlopuduse vedelik (BalF) Koematerjal (Tis) Rinnapiim (Mi)	TUUA VÕIMALIKULT KII-RESTI LABORISSE! 2...8°C 24h		
Anaeroobne külv	Transpordisöötmega katsuti (must)	Mäda (Pus), fistulieritis (Fi), dreenieritis (Dr), kõhuõnevedelik (PrtF), liigesovedelik (SynF) pleuravedelik (PlrF), haavaeritis (Wd), haavandikaabe (Ulc),	TUUA VÕIMALIKULT KII-RESTI LABORISSE! 2...8°C 48h	Tööpäeviti	Antibiootikumiravi

Uuringu nimetus	Proovinõu	Uuritav materjal	Proovimaterjali säilivus	Analüüsimise aeg	Segavad faktorid
	Steriilne proovitops	Koematerjal (Tis)	TUUA VÕIMALIKULT KII-RESTI LABORISSE! 2...8°C 24h		
Seente külv	Transpordisöötmega katsuti (must)	Suulimaskesta kaabe (Mo), kõrva-eritis (Ear), konjunktiiivikaabe (Co) Tupekaabe (Vag), ureet-rakaabe (Um) Dreenieritis (Dr), fistu-lieritis (Fi), mäda (Pus), haavaeritis (Wd), haa-vandikaabe (Ulc)	TUUA VÕIMALIKULT KII-RESTI LABORISSE! 2...8°C 48h	Tööpäeviti	Seenevastane ravi
Nahaseente külv	Mikrotsentrifuugi tuub	Nahakaabe (Skin) Küünekaabe (Nail) Juksed (Hair)	Toatemperatuuril kuni 1 nädal	Tööpäeviti	Mitte kasutada kreeme, puudreid ja ravimeid kahjustuskohal vahetult enne proovivõttu.
Uriini külv	Steriilne proovitops	uriin (keskjoa) (cvU) uriin (kateetri) (catU) uriin (nefrostoomi) (nU) uriin (epitsüstostoomi) (epiU) uriin (põiepunktsooni) (aspU)	TUUA VÕIMALIKULT KII-RESTI LABORISSE! 2...8°C	24 h	Antibiotikumiravi
	Uriinikatsuti		TUUA VÕIMALIKULT KII-RESTI LABORISSE! 2...8°C		
Shigella külv Salmonella külv Yersinia külv	Transportsööde Fecals-wab	Roe (St)	Toatemperatuuril kuni 48 h 2...8°C juures 72 h (C. difficile puhul 48 h)	Tööpäeviti	Antibiotikumiravi

Uuringu nimetus	Proovinõu	Uuritav materjal	Proovimaterjali säilivus	Analüüsimise aeg	Segavad faktorid
Campylobacter külv E. coli O:157 külv Clostridioides difficile külv	Roojatops		TUUA VÕIMALIKULT KII-RESTI LABORISSE 2 h jooksul!		
Ribaanalüüs: Adeno/Rotaviiruse antigeen <i>Clostridioides difficile</i> Ag, toksiin A, toksiin B				24 h	
Enteroviiruse antigeen Noroviiruse antigeen H. pylori antigeen Cryptosporidium/Giardia lamblia antigeen	Roojatops	Roe (St)	TUUA VÕIMALIKULT KII-RESTI LABORISSE! Toatemperatuuril kuni 2 h 2...8°C kuni 48 h	Tööpäeviti	
Parasiitide mikroskoopia (natiiv-preparaat)			TUUA VÕIMALIKULT KII-RESTI LABORISSE! 2...8°C kuni 48 h		
Ribaanalüüs: Legionella pneumophila antigeen Streptococcus pneumoniae antigeen	Steriilne proovitops	Uriin (U)	TUUA VÕIMALIKULT KII-RESTI LABORISSE! Toatemperatuuril kuni 2 h 2...8°C kuni 24 h	Tööpäeviti	
MTBC DNA ja Rif-tundlikkuse paneel (Mycobacterium tuberculosis kompleksi DNA ja rifampitsiintundlikkus geneetiliste mutatsioonide alusel)	Steriilne proovitops (TB)	Röga (Sp)	2...8°C kuni 5 päeva	Tööpäeviti	
VRE DNA (Vankomütsiiniresistentsi (vanA, vanB) Enterococcus sp. DNA)	Kaksiktamponi ja vedel-söötmega katsuti	Anaalkaabe (An)	2...8°C kuni 5 päeva	Tööpäeviti	Tampon ei tohi olla nähtavalta roojaga koos
<i>Enterobius vermicularis</i> munade mikroskoopia	Steriilne glütseroolitamponiga katsuti		2...8°C kuni 24 h		

IMMUNOHEMATOLOOGILISED UURINGUD

Uuringu nimetus	K2E/K3E-katsuti	Proovimaterjal	Proovimaterjali säilivus	Märkused/segavad faktorid
AB0-veregrupp ja RhD ^{VI-} antigeen (kinnitav uuring)	✓	Erütrotsüüdid, plasma		
AB0 veregrupp ja RhD ^{VI-} antigeen (kontrolluuring)	✓	Erütrotsüüdid		
AB0 veregrupp ja RhD ^{VI+} antigeen (kontrolluuring)	✓	Erütrotsüüdid		
AB0-veregrupp, RhD antigeen ja otsene antiglobuliintest vastsündinul	✓	Erütrotsüüdid, veri	' Guidelines for Transfusion and Immunohaematology Laboratory Practice (anzsbt.org.au)	
Otsene antiglobuliintest	✓	Erütrotsüüdid		
Rh fenotüüp+K	✓	Erütrotsüüdid		
RhD indirektne antiglobuliintest	✓	Erütrotsüüdid		
Erütrotsütaarsed antikehad (sõel-uuring kahe erütrotsüüdiga)	✓	Plasma	' IH-500 User Manual Version 2.2 – 11/2018, 3.4.4.1 Sample Requirements AB0/Rh Testing lk41.	
Erütrotsütaarsed antikehad (sõel-uuring kolme erütrotsüüdiga)	✓	Plasma		
Doonorivere sobivusproov	✓	Plasma	Sobivusuuringute tegemiseks patsientilt võetud uus vereproov ei tohi sobitamise hetkel olla üle 3 päeva vana. Immunohematoloogiliste uuringute tegemise tingimused ja kord	

Märkused:

* - seerum või plasma tuleb eraldada geelilt või hüübelt

+ - eelistatud proovimaterjal

✓ - lubatud proovimaterjal

EKEI - Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

Hallil taustal esile tõstetud muudatused

Viited:

- 1- cobas® PCR Urine Sample Kit
- 2- CLSI MM13-ED2:2020 Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods, 2nd Edition
- 3- Copan eNAT® Molecular Collection and Preservation Medium Instructions for use
- 4- Wu, W.K., Chen, C.C., Panyod, S., Chen, R.A., Wu, M.S., Sheen, L.Y., Shan-Chwen Chang, S.C. (2019). Optimization of fecal sample processing for microbiome study — The journey from bathroom to bench. Journal of the Formosan Medical Association Volume 118, Issue 2, February 2019, 545-555. <https://doi.org/10.1016/j.jfma.2018.02.005>